

ORIENTAÇÕES PARA ESVAZIAMENTO GÁSTRICO (SÓLIDO)

Avaliação funcional do trânsito gástrico com alimentos sólidos.

PREPARO

- **Jejum de 4 a 6 horas.**
- **Suspender medicações como:** Metoclopramida (Plasil), tegaserod, eritromicina, domperidona, meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, glicopirolato, por 24 horas antes do exame.
- Pacientes que usam medicações de rotina, com exceção das acima citadas, deverão tomá-las pela manhã, ao levantar-se, com pequena quantidade de água.
- Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã e durante todo o exame.
- Diabéticos deverão checar a glicemia, que deve estar abaixo de 200mg/dL. No momento da ingestão da refeição, os diabéticos insulino-dependentes deverão utilizar insulina em dose habitual.
- O paciente deverá trazer: dois ovos, duas fatias de pão de forma e 2 sachês de geleia de morango.

COMO É FEITO O EXAME?

- Será solicitado ao paciente os ovos, pães e geleia para o preparo.
- Uma vez preparado, o paciente será encaminhado à sala de exames e será orientado a ingerir toda a refeição.
- Após o término, o paciente será posicionado no aparelho e imagens serão adquiridas imediatamente, 30 minutos, 1, 2, 3 e 4 horas após.
- Cada aquisição dura cerca de 10 minutos.

ORIENTAÇÕES PARA ESVAZIAMENTO GÁSTRICO (LÍQUIDO)

Avaliação funcional do trânsito gástrico com alimentos líquidos.

PREPARO

- **Jejum de 4 a 6 horas.**
- **Suspender medicações como:** Metoclopramida (Plasil), tegaserod, eritromicina, domperidona, meperidina, codeína, morfina, oxicodona, cloridrato de diciclomina, fenobarbital, hiociamina, glicopirrolato, por 24 horas antes do exame.
- Pacientes que usam medicações de rotina, com exceção das acima citadas, deverão tomá-las pela manhã, ao levantar-se, com pequena quantidade de água.
- Fumantes deverão suspender cigarros pela manhã e durante todo o exame.

COMO É FEITO O EXAME?

- O paciente será orientado a ingerir uma pequena quantidade do material radioativo com água.
- Imediatamente após a ingestão, o paciente será posicionado no aparelho e imagens sequenciais serão adquiridas, por aproximadamente 40 minutos.

Responsável: Equipe técnica da Photon.